

**FEJÉR MEGYEI SZENT GYÖRGY KÓRHÁZ
8000 SZÉKESFEHÉRVÁR, SEREGÉLYESI ÚT 3.**

**AJÁNLATTÉTELI FELHÍVÁS ÉS
DOKUMENTÁCIÓ**

A

***„Fejér Megyei Szent György Kórház részére használt
UH készülék szállítása”***

**ELNEVEZÉSŰ NEMZETI ELJÁRÁSREND SZERINTI HIRDETMÉNY
NÉLKÜLI TÁRGYALÁSOS KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSHOZ
[KBT. 122. § (7) BEKEZDÉS A) PONTJA SZERINTI ELJÁRÁS]**

2012. december 04.

ALAPINFORMÁCIÓK A KÖZBESZERZÉSI ELJÁRÁSRÓL

Az Ajánlatkérő, Fejér Megyei Szent György Kórház nevében ezennel felkérem, hogy a 2012. december 04. napján megküldött ajánlattételi felhívás, valamint a dokumentációban leírtak szerint tegye meg ajánlatát a jelen közbeszerzés tárgyát képező feladatok megvalósítására.

Ajánlatkérőre vonatkozó információk:

Fejér Megyei Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
Címzett: Antal Sándorné gazdasági igazgató-helyettes
Tel: +36 (22) 535-686
Fax: +36 (22) 535-686
E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu

Az eljárás típusa:

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás). A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárás olyan egy szakaszból álló közbeszerzési eljárás, amelyben az ajánlatkérő az ajánlattételre felhívott és alkalmasnak minősített ajánlattevőkkel tárgyal a szerződés feltételeiről.

Eljárás nyelve:

Jelen közbeszerzési eljárás kizárólagos hivatalos nyelve a magyar. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is elfogadja.

Az eljárás tárgya:

Fejér Megyei Szent György Kórház részére használt UH készülék szállítása

A szerződés időtartama:

A teljesítés határideje: 20 naptári nap

Egyéb rendelkezések:

Amennyiben az eljárást megindító felhívás és jelen dokumentáció között ellentmondás merül föl, úgy az eljárást megindító felhívásban közölteknek kell mérvadónak tekinteni.

Az eljárás során felmerülő, az eljárást megindító felhívásban és jelen dokumentációban nem szabályozott kérdések tekintetében a közbeszerzésekről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeletei az irányadóak.

1. KÖTET
ELJÁRÁST MEGINDÍTÓ FELHÍVÁS

A J Á N L A T T É T E L I F E L H Í V Á S

1. Ajánlatkérő adatai:

Fejér Megyei Szent György Kórház
8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.
Címzett: Antal Sándorné gazdasági igazgató-helyettes
Tel: +36 (22) 535-686
Fax: +36 (22) 535-686
E-mail: gazdig@mail.fmkorhaz.hu

Lebonyolító szervezet:

ÉSZ-KER Kft.
1026 Budapest, Torockó u. 9. I. em. 4.
Telefon: 06-1/788-89-31
Fax: 06-1/789-69-43
E-mail: titkarsag@eszker.eu

2. A közbeszerzési eljárás fajtája, alkalmazásának indokolása:

Kbt. Harmadik Rész, nemzeti eljárásrend szerinti hirdetmény nélküli közbeszerzési eljárás (Kbt. 122. § (7) bekezdés a) pontja szerinti eljárás): az ajánlatkérő hirdetmény közzététele nélküli tárgyalásos eljárást indíthat, ha az árubeszerzés becsült értéke nem éri el a huszonötmillió (nettó 25.000.000) forintot.

3. A dokumentáció rendelkezésre bocsátásának módja, határideje, annak beszerzési helye és pénzügyi feltételei:

Ajánlatkérő a Dokumentációt térítésmentesen bocsátja ajánlattevők rendelkezésére (Kbt. 52. § (3) bekezdés). Ajánlatkérő a dokumentációt az ajánlattételi felhívás megküldésével egyidejűleg elektronikus úton is továbbítja ajánlattevők részére.
A dokumentáció papír alapon átvehető az ÉSZ-KER Kft. lebonyolító szervezet titkarságán (1026 Budapest, Torockó u. 9. I. em. 4.) személyesen vagy meghatalmazott útján előre (a +36-30/698-2166 számon) egyeztetett időpontban, munkanapokon 9.00-14.00 óráig (az ajánlattételi határidő napján 9.00-10.00 óráig).

4. A közbeszerzés tárgya és mennyisége:

Árubeszerzés
Fejér Megyei Szent György Kórház részére **használt** UH készülék szállítása
A közbeszerzés tárgyát képező szállítandó eszköz(ök) részletes leírását a Dokumentáció mellékletét képező műszaki leírás tartalmazza.
CPV: 33112000-8 Echográf, ultrahangos és doppler képalkotó berendezések
33112100-9 Ultrahangos szívdetektor
33112200-0 Ultrahangkészülék

5. A szerződés meghatározása, amelynek megkötése érdekében a közbeszerzési eljárást lefolytatják:

Szállítási szerződés.

6. A szerződés időtartama vagy a teljesítés határideje:

20 naptári nap

7. A teljesítés helye:

8000 Székesfehérvár, Seregélyesi út 3.

NUTS-kód: HU211

8. Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei vagy a vonatkozó jogszabályokra hivatkozás:

Ajánlatkérő az ellenszolgáltatás összegét a Kbt. 130. § (3) bekezdése alapján nyertes ajánlattevő bankszámlájára történő átutalással (forintban) egyenlíti ki a számla ajánlatkérő általi kézhezvételének napját követő 30 napon belül.

Ajánlatkérő részszámlázási lehetőséget nem biztosít.

A végszámla benyújtásának feltétele a sikeres műszaki átadás-átvételi eljárás és beállítás valamint az üzembe helyezés lefolytatása.

Ajánlatkérő a kifizetés során az Adózás rendjéről szóló törvény 36/A. §-ban foglaltakat teljes körben alkalmazza.

9. Annak meghatározása, hogy az ajánlattevő tehet-e többváltozatú (alternatív) ajánlatot, valamint a részajánlattétel lehetőségét vagy annak kizárását:

Ajánlatkérő mind a többváltozatú (alternatív) ajánlattétel, mind a részajánlattétel lehetőségét kizárja.

10. Az ajánlatok értékelési szempontja:

Az ajánlatok értékelési szempontja az összességében legelőnyösebb ellenszolgáltatás, az alábbiak alapján:

Sorszám	Bírálati részszerpont	Súlyszám
1.	Nettó ajánlati ár (Ft.)	15
2.	A készülék befoglaló méretei (szélesség x mélység, cm x cm)	1
3.	A készülék tömege (kg)	1
4.	A szektor phased-array vizsgálófejen beállítható, a képernyőn számszerűen, MHz-ben kijelzett 2D harmonikus frekvenciák száma (db)	2
5.	Multiplán TEE vizsgálófej, mely kompatibilis a II. Belgyógyászati Osztályon levő hordozható ultrahang készülékkel(GE VIVID készülék) (igen/nem)	5
6.	A szemcsésségcsökkentő képalkotás beállítási fokozatainak száma (fokozatok száma, darab)	2
7.	A tárolt képek utólagos feldolgozásának lehetőség valamennyi doppler B és M módban is	4

Az összességében legelőnyösebb ajánlat kiválasztásának értékelési szempontja esetén az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0-10 pont.

A pontozás minden bírálati részszerpont esetében úgy történik, hogy az 1., 2., 3., 4. és 6. bírálati részszerpont esetében az adott szerpontból legjobb ajánlat (és ajánlattevő) kap 10 pontot, majd a többi vizsgált ajánlat arányosan kevesebb pontot kap.

Az 1., 2. és 3. bírálati részszerpont esetén Ajánlatkérő a fordított arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:

$$P = (A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}}) \times P_{\text{max}}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szerpontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa (10)

A_{legjobb}: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legalacsonyabb érték)

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme.

A 4. és 6. bírálati részszerpont esetén Ajánlatkérő az egyszerű arányosítás módszerével számol az alábbi képlet alapján:

$$P = (A_{\text{vizsgált}} / A_{\text{legjobb}}) \times P_{\text{max}}$$

ahol:

P: a vizsgált ajánlati elem adott szerpontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa (10)

A_{legjobb}: a legkedvezőbb ajánlat tartalmi eleme (legmagasabb érték)

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme;

Az 5., 7. bírálati részszerpont esetén Ajánlatkérő a következő módszerrel számítja ki a kapott pontszámokat:

Súlyozott paraméterek pontszámítása:

- a) Amennyiben eldöntendő (igen/nem az adható a válasz, mert egy tulajdonság meglétére kérdezzük rá) abban az esetben a
„NEM” válasz 0 pontot ér
„IGEN” válasz 10 pont ér,
mely szorozódik a „Súlyszám” oszlopában lévő számmal.

A bírálati részszerpontokkal kapcsolatosan ajánlatkérő a következőket rögzíti:

Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (7) bekezdés alapján a 3. bírálati részszerponttal összefüggésben az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjét 100 kg-ban határozza meg.

Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (7) bekezdés alapján a 4. bírálati részszerponttal összefüggésben az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjét 5 db-ban határozza meg.

Ajánlatkérő a Kbt. 71.§ (7) bekezdés alapján a 6. bírálati részszerponttal összefüggésben az ajánlati elem legkedvezőtlenebb szintjét 3 db-ban határozza meg.

Ajánlatkérő a bírálat során két tizedesjegy pontosságig számol.

11. A kizáró okok és a megkövetelt igazolási mód:

Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, alvállalkozó, és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 56. § (1) bekezdés a)-k) pontjainak, továbbá a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontjának hatálya alá tartozik. Az eljárásban nem lehet ajánlattevő, aki a Kbt. 56. § (2) bekezdésének hatálya alá tartozik.

A megkövetelt igazolási mód:

Ajánlattevő vonatkozásában: a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 12. §-a alapján az ajánlattevőnek ajánlatában nyilatkozatot kell benyújtania, hogy nem tartozik a fenti kizáró okok hatálya alá, valamint a Kbt. 56. § (1) bekezdés k) pont kc) pontját a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 2. § i) pont ib) alpontja és a 4. § f) pont fc) alpontjában foglaltak szerint kell igazolnia.

Alvállalkozó és alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet vonatkozásában:

- Ajánlattevő a Kbt. 58. § (3) bekezdésében foglaltaknak megfelelően ajánlatában csak nyilatkozni köteles arról, hogy a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 56. § szerinti kizáró okok hatálya alá.

- Ajánlattevő a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 10. § alapján saját választása szerint:

- a) saját nyilatkozatot nyújt be arról, hogy nem vesz igénybe a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, valamint az általa alkalmasságának igazolására igénybe vett más szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá, vagy
- b) az eljárásban megjelölt alvállalkozó nyilatkozatát - a meg nem jelöltekre az a) pont szerinti nyilatkozat mellett -, valamint az alkalmasság igazolására igénybe vett más szervezet nyilatkozatát is benyújthatja arról, hogy a szervezet nem tartozik a Kbt. 57. § (1) bekezdés a)-d), valamint f) pontja szerinti kizáró okok hatálya alá.

12. Az alkalmassági követelmények, az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatokat és a megkövetelt igazolási mód:

Gazdasági és pénzügyi alkalmasság	
Ajánlattevő csatolja: P1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés a) pontja alapján az összes (meglévő vagy megszüntetett) jelen hirdetmény megküldésének napjánál nem régebbi keltezésű, számlavezető pénzügyintézetétől származó nyilatkozatot a fizetési kötelezettségek teljesítéséről és a 15 napon túli sorban állásról e hirdetmény megküldését megelőző 24 hónapban. Amennyiben Ajánlattevő e hirdetmény megküldését megelőző 24 hónapban megszüntetett számlákat, úgy ebben az esetben a megszüntetett számlákról szóló igazolást is csatolni kell az ajánlathoz, ezen igazolás lehet jelen hirdetmény	Alkalmatlan az ajánlattevő, amennyiben: P1. e hirdetmény megküldését megelőző 24 hónapban (meglévő vagy megszüntetett) számlavezető pénzügyintézetétől származó nyilatkozat szerint számlavezető pénzügyintézete felé fennálló fizetési kötelezettségeinek határidőben nem tett eleget, továbbá számláján 15 napon túli sorban állás fordult elő, attól függően, hogy az ajánlattevő mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. P2. az utolsó lezárt pénzügyi évben negatív volt a mérleg szerinti eredménye.

<p>megküldésének napjánál régebbi, amennyiben a számla megszüntetését követően került kiállításra.</p> <p>P2. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 14. § (1) bekezdés b) pontja alapján az utolsó lezárt pénzügyi évre vonatkozó, saját vagy jogelődje számviteli jogszabályoknak megfelelően összeállított éves beszámolóját (kiegészítő mellékletek nélkül). Amennyiben az ajánlatkérő által kért beszámoló a céginformációs szolgálat honlapján megismerhető és erről ajánlattevő ajánlatában nyilatkozik, úgy az ajánlatban nem szükséges beszámoló csatolása, a beszámoló adatait ajánlatkérő ellenőrzi.</p>	
Műszaki és szakmai alkalmasság	
<p>Az ajánlattevő csatolja:</p> <p>M1. a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 év jelentősebb ultrahang készülék szállítására vonatkozó referenciáit a 310/2011. (XII. 23.) Korm. rendelet 16. § (5) bekezdésében meghatározott formában igazolva.</p> <p>M2. a 310/2011. (XII.23.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdés d) pontja alapján a beszerzendő áru leírását, illetve mutassa be a fényképét.</p>	<p>Alkalmatlan az ajánlattevő, ha nem rendelkezik:</p> <p>M1. az ajánlattételi felhívás megküldését megelőző 3 évben 1 darab összességében legalább nettó 15 millió Ft értékű befejezett ultrahang készülék szállítására vonatkozó referenciával.</p> <p>M2. A beszerzendő áru nem rendelkezik legalább az alábbi paraméterekkel:</p> <p>Vizsgálóterületek: Kardiológiai vizsgálatok:Igen, Képalkotás műszaki paraméterei: Dinamika tartomány:min. 150 dB, Szűrkeségi fokozatok száma:min. 256, Minimális vizsgálati mélység:max. 4 cm, Maximális vizsgálati mélység :min. 30 cm, Monitor: Monitor mérete: Min. 15”, A monitor típusa:LCD, Dönthető, forgatható: Igen, Kezelőfelület: Háttérvilágítású funkciógombok: Igen, A kezelőfelület magassága állítható: Igen, A kezelőfelület jobbra-balra elfordítható: Igen, Vizsgálófejek: Csatlakoztatható vizsgálófejek száma: Min. 3 képalkotó és 1 CW Doppler ceruza vizsgálófej, A vizsgálófejen beállítható frekvenciaértékek egyértelmű, számszerű kijelzése MHz-ben a készülék monitorán a</p>

	<p>vizsgálat folyamán: Igen, Elektronikus szektor phased-array vizsgálófej kardiológiai vizsgálatokra: Igen, Az elektronikus phased-array szektor vizsgálófej frekvenciatartománya: Min. 1,5 – 3,5 MHz, A szektor phased-array vizsgálófejben levő kristályelemek száma: Min. 64, Multiplan TEE vizsgálófej: Igen, A TEE vizsgálófej frekvenciatartománya: Min. 3,0 - 8,0 MHz, Üzem módok: B-mód: Igen, M-mód: Igen, Color Doppler: Igen, Power Doppler: Igen, PW Doppler nagy ismétlési frekvenciával: Igen, Color M-mód: Igen, CW Doppler : Igen, Szöveti Doppler (Tissue Doppler) spektrális: Igen, B-mód: Akusztikus képváltási frekvencia maximális értéke B-módban: Min. 750 kép/sec, Színezhető B-kép: Igen, Color Doppler mód: Color szintértékek (map) száma: Min. 4 db, Akusztikus képváltási frekvencia maximális értéke color Doppler módban: Min. 300 kép/sec, M-mód: Vízszintes eltérítési sebesség beállítható: Igen, Képmezőarányok állíthatók B- és M-kép között: Igen, PW/CW Doppler mód: Vízszintes eltérítési sebesség beállítható: Igen, Képmezőarányok állíthatók B- és Doppler-kép között: Igen, Valós idejű triplex (B + Color Doppler + PW Doppler) megjelenítés a megajánlott phased-array vizsgálófej esetén: Igen, Képmínőség: Beépített presetek a különböző alkalmazásokhoz: Igen, Szöveti harmonikus képalkotás: Igen, Pulzus- vagy fázis inverziós képalkotás:</p>
--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>Igen, Szemcséességcsökkentő képalkotás (SRI, XRES vagy ezekkel egyenértékű technika): Igen, Automatikus képminőség optimalizálás egy gomb megnyomásával élő képen B-módban és PW-Doppler módban: Igen, Képtárolási lehetőségek: Cine memória: Igen, Páciens adatok, képek és mérési eredmények tárolása páciens adatbázisban a készülékbe beépített merevlemezen: Igen, A beépített merevlemez tárolókapacitása: Min. 80 GB, Beépített DVD-író: Igen, Képek exportja JPEG és AVI formátumokban lehetséges: Igen, Képek exportja közvetlenül az ultrahang készülékről lehetséges USB pen drive-re: Igen, Mérési-és számítási programok: Teljeskörű kardiológiai mérőcsomag: Igen, Mérési lehetőség tárolt képeken: Igen, Kimenetek, perifériák: Ethernet hálózati csatlakozó: Igen, USB csatlakozók: Igen</p>
--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

13. Ajánlattételi határidő:

2012. december 18., 10.00 óra.

14. Az ajánlat benyújtásának címe:

ÉSZ-KER Kft.
1026 Budapest, Torockó u. 9. I. em. 4.

15. Az ajánlattétel nyelve:

Magyar. Más nyelven nem nyújtható be az ajánlat.

16. Az ajánlat(ok) felbontásának helye, ideje és az ajánlatok felbontásán jelenlétre jogosultak:

ÉSZ-KER Kft.
1026 Budapest, Torockó u. 9. I. em. 4.
2012. december 18., 10.00 óra.
Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott személyek jogosultak jelen lenni.

17. Az ajánlati kötöttség minimális időtartama:

30 nap, a tárgyalások befejezésétől számítva.

18. Az ajánlati biztosíték előírására, valamint a szerződésben megkövetelt biztosítékokra vonatkozó információ:

Ajánlatkérő jelen közbeszerzési eljárásban nem írja elő ajánlati biztosíték nyújtását, valamint a nyertes ajánlattevővel kötendő szerződésben nem köt ki biztosítékot.

Késedelmi kötbér fizetendő, ha az ajánlattevőként szerződő fél a szerződésben vállalt kötelezettségének határidőben nem tesz eleget. A késedelmi kötbér mértéke minden megkezdett naponként a nettó szerződéses érték 0,5 %-a, de legfeljebb a nettó szerződéses érték 5 %-a.

Meghiúsulási kötbér: a nettó szerződéses érték 5 %-a.

19. A tárgyalás lefolytatásának menete és az ajánlatkérő által előírt alapvető szabályai:

Az ajánlatkérő legalább egy összevont tárgyalási kör keretében szóban és adott esetben írásban (egy tárgyalási körnek számít a szóbeli és írásbeli rész) tárgyal a szerződéses feltételekről (egyúttal a teljesítéssel kapcsolatos körülményekről), majd ezt követően ajánlattevőnként külön-külön egymást követően szóban és írásban tárgyal a bírálati szempont(ok)ra tett megajánlásokról, hogy ajánlatkérő a legkedvezőbb érvényes ajánlattevővel, illetőleg a legkedvezőbb feltételekkel köthessen szerződést.

Ajánlatkérő előzetesen az ajánlattevők tudomására hozza, hogy a tárgyalásokat akkor fogja lezárni, ha érkezik Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezetre tekintettel megfelelő ajánlat. Ajánlatkérő fenntartja a jogot, hogy több tárgyalási kört is tartson, különösen, ha a legalacsonyabb összegű ajánlatot tevő ajánlattevő nem tesz Ajánlatkérő rendelkezésére álló anyagi fedezetre tekintettel megfelelő ajánlatot.

Az ajánlatkérő a végleges ajánlatok bontásának megkezdésekor, az ajánlatok felbontása előtt közvetlenül ismerteti a szerződés teljesítéséhez rendelkezésre álló anyagi fedezet összegét.

A tárgyaláson részt venni kívánó ajánlattevőt a nevében nyilatkozattételre és kötelezettségvállalásra jogosult személynek kell képviselnie.

A bírálati szempont(ok)ról szóló tárgyalások tárgyalási sorrendjét az ajánlatkérő fordított sorrendben határozza meg úgy, hogy az ajánlatot korábbi időpontban benyújtóval tárgyal utolsóként (később), a későbbi időpontban benyújtóval pedig elsőként (korábban) tárgyal. Több tárgyalási kör esetén, az utolsó tárgyalás végén ajánlati kötöttség jön létre.

Az első együttes tárgyalás időpontja: 2012. december 21. 10.00 órától, ennek befejezését követően kezdődik és 30 percenként folyamatosan történik ajánlattevőnként a bírálati szempont(ok)ra tett megajánlásokról szóló tárgyalás! A tárgyalások helyszíne: Fejér Megyei Szent György Kórház, (8000 Székesfehérvár, Seregélyesi u. 3 Igazgatósági épület fsz.. tárgyaló

20. Egyéb információk:

1. A hirdetmény nélküli tárgyalásos eljárásban kizárólag az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő(k) tehet(nek) ajánlatot. Az ajánlattételre felhívott gazdasági szereplők közösen nem tehetnek ajánlatot, nincs azonban akadálya annak, hogy valamely ajánlattételre felhívott gazdasági szereplő olyan gazdasági szereplővel tegyen közös ajánlatot, amelynek ajánlatkérő nem küldött ajánlattételi felhívást.

2. Az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattevő nyilatkozatát a Kbt. 60. § (3) és (5) bekezdésre, Kbt. 40. § (1) bekezdés a) és b) pontjára. Nemleges tartalommal is csatolandóak a nyilatkozatok.

3. Formai előírások: az ajánlatot ajánlattevőknek nem elektronikus úton kell a jelen felhívásban és a dokumentációban meghatározott tartalmi, és a formai követelményeknek megfelelően elkészítenie és benyújtania:

- az ajánlat eredeti példányát zsinórral, lapozhatóan össze kell fűzni, a csomót matricával az ajánlat első vagy hátsó lapjához rögzíteni, a matricát le kell bélyegezni, vagy az ajánlattevő részéről erre jogosultnak alá kell írni, úgy hogy a bélyegző,

illetőleg az aláírás legalább egy része a matricán legyen;

- az ajánlat oldalszámozása eggyel kezdődjön és oldalanként növekedjen. Elegendő a szöveget vagy számokat vagy képet tartalmazó oldalakat számozni, az üres oldalakat nem kell, de lehet. A címlapot és hátlapot (ha vannak) nem kell, de lehet számozni. Az ajánlatkérő az ettől kismértékben eltérő számozást (pl. egyes oldalaknál a /A, /B oldalszám) is elfogad, ha a tartalomjegyzékben az egyes iratok helye egyértelműen azonosítható és az iratok helyére egyértelműen lehet hivatkozni. Az ajánlatkérő a kismértékben hiányos számozást jogosult kiegészíteni, ha ez az ajánlatban való tájékozódása, illetve az ajánlatra való hivatkozása érdekében szükséges;
- az ajánlatnak az elején tartalomjegyzéket kell tartalmaznia, mely alapján az ajánlatban szereplő dokumentumok oldalszám alapján megtalálhatóak;
- az ajánlatot zárt csomagolásban, egy eredeti és kettő másolati példányban kell beadni, az eredeti ajánlaton meg kell jelölni, hogy az az eredeti;
- az ajánlatban lévő, minden dokumentumot (nyilatkozatot) a végén alá kell írnia az adott gazdálkodó szervezetnél erre jogosult(ak)nak vagy olyan személynek, vagy személyeknek aki(k) erre a jogosult személy(ek)től írásos felhatalmazást kaptak;
- az ajánlat minden olyan oldalát, amelyen - az ajánlat beadása előtt - módosítást hajtottak végre, az adott dokumentumot aláíró személynek vagy személyeknek a módosításnál is kézjeggyel kell ellátni;
- a zárt csomagon „Ajánlat – UH készülék beszerzése”, valamint: „Csak közbeszerzési eljárás során, az ajánlattételi határidő lejártakor bontható fel!” megjelölést kell feltüntetni.

4. Az ajánlatokat írásban és zártan, a felhívás által megjelölt kapcsolattartási pontban megadott címre közvetlenül vagy postai úton kell benyújtani az ajánlattételi határidő lejártáig. A postán feladott ajánlatokat az ajánlatkérő csak akkor tekinti határidőn belül benyújtottnak, ha annak kézhezvételére az ajánlattételi határidő lejártát megelőzően sor kerül. Az ajánlat, illetve az azzal kapcsolatos postai küldemények elvesztéséből eredő kockázat az ajánlattevőt terheli.

5. Az ajánlathoz csatolni kell:

- az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő az ajánlattételi határidőt megelőző 30 napnál nem régebben kibocsátott cégkivonatát,
- az ajánlattevő, az alvállalkozó, az alkalmasság igazolásába bevont (kapacitást nyújtó) gazdasági szereplő cégjegyzésre jogosult, nyilatkozatot, dokumentumot aláíró képviselő aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Amennyiben az ajánlat cégjegyzésre jogosultak által felhatalmazott(ak) aláírásával kerül benyújtásra, a meghatalmazásnak tartalmaznia kell a meghatalmazott aláírás mintáját is.

6. Ajánlatkérő a Kbt. 122. § (5) bekezdése vonatkozásában, a kiegészítő tájékoztatás esetében ésszerű időnek tekinti az ajánlattételi határidő lejártát megelőző harmadik munkanapot (tájékoztatás megküldésére), feltéve, hogy a kérdések és kérések az ajánlattételi határidő lejártát megelőző ötödik munkanapig megérkeznek ajánlatkérőhöz.

7. Fordítás: az ajánlatban valamennyi igazolást és dokumentumot magyar nyelven kell benyújtani. Az ajánlatkérő a nem magyar nyelven benyújtott dokumentumok ajánlattevő általi felelős fordítását is köteles elfogadni.

8. Az eljárás nyertese: az eljárás nyertese az az ajánlattevő, aki az ajánlatkérő által az eljárást megindító felhívásban és a dokumentációban meghatározott feltételek alapján, valamint a meghatározott értékelési szempont szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette és a tárgyalás során felmerült feltételeket elfogadta. Az ajánlatkérő csak az eljárás nyertesével kötheti meg a szerződést, vagy - a nyertes visszalépése esetén - az ajánlatok

értékelése során a következő legkedvezőbb ajánlatot tevőnek minősített szervezettel (személlyel), ha őt az ajánlatok elbírálásáról szóló írásbeli összegezésben megjelölte.

9. Irányadó Jog: A jelen ajánlattételi felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában a közbeszerzésről szóló 2011. évi CVIII. törvény és végrehajtási rendeleteinek előírásai szerint kell eljárni.

21. Ajánlattételi felhívás megküldésnek napja:

2012. december 04.